Было в приказе Минздрава 89н:

| 15 | Фотометры, | Концентрация веществ и | Оптическая плотность |
|----|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | спектрофотометры, | активность ферментов в | растворов исследуемых |
| | фотоколориметры | жидких биологических | веществ (ед. ОП) |
| | медицинские | пробах | |
| | лабораторные | | |
| | | | |

Предлагается внести в новый приказ:

| 14 | Фотометр, спектрофотометр. фотоколориметр медицинские для клинической лабораторной диагностики | Измерение значений оптической плотности с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования | Оптическая плотность растворов исследуемых веществ (ед. ОП) |
|----|--|--|---|
|----|--|--|---|